



复审和修订记录

日期	类型	内容	修改人	批准人
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			



锐器使用管理要求

1 锐器范围

锐利物可分为感染性废物、限制性医学废物、固体废物或有害化学废物。通常指注射器、针、刀、毛细管、破损的玻璃器皿等。

2 锐器使用要求

- 2.1 所有锐利物都必须放置在容器内，并与其他废物分别存放。
- 2.2 尽量减少对针具的操作，使用针、注射器及其他锐器要特别小心，以防止刺伤、划伤。
- 2.3 禁止对一次性注射器的重新利用，切勿套回用过的针头，禁止任何时候人员之间相互传递针头。
- 2.4 不试图用手去改变针具的外型及破坏其与附属物的联接。如果联针的附属物（如注射器、血袋）内有20ml以上的液体时，应在处理前排净。
- 2.5 检查有弯曲、断裂的针头不可使用。
- 2.6 针头使用后应带防护手套小心放入锐器盒中统一进行无害化处理。
- 2.7 一次性锐器用后放到锐器盒里，由指定的废物处理中心处理。非一次性利器（如刀剪）的消毒参照ZXSYS-AQ-010《实验室消毒程序》。
- 2.8 破碎的玻璃锐器处理：实验操作过程中，如有玻璃容器破碎，员工需要佩戴手套，用钳子或镊子将破碎的玻璃碎片捡起来放到锐器盒中，并清理干净所有的玻璃碎片；如地面有标本泄露污染，用浓度合格的含氯消毒液处理。
- 2.9 事故性刺伤、划伤或擦伤的处理：用锐器进行实验时，可能无意中刺伤或划伤皮肤，引起严重实验室感染。一旦发生这种意外，必须立即报告科室负责人，按ZXSYS-AQ-024《职业暴露处置流程》进行处理。

3 锐器盒的使用

- 3.1 锐器盒应为硬质、防漏、防刺破的容器。
- 3.2 锐器盒应放置在合适的位置，便于使用。
- 3.3 锐器盒内的锐器放置满2/3~3/4时，则需要更换空的锐器盒。

4 锐器的废弃处理要求

- 4.1 按ZXSYS-AQ-014《医疗废弃物处理程序》执行。

5 相关使用表单

无